

## BAB 7

### PENUTUP

#### 7.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Spesimen orofaring memiliki akurasi, spesifisitas dan sensitivitas 98%, sedangkan spesimen lainnya 100%. Spesimen orofaring memiliki tingkat kesesuaian 0.98, sedangkan spesimen lainnya 1.
2. Rerata CT Value spesimen yang paling tinggi berupa spesimen orofaring (ORF1ab 3240 dan N Gene 3236), sedangkan CT Value spesimen yang paling rendah berupa spesimen nasofaring (ORF1ab 2770 dan N Gene 2744).
3. Rerata CT value paling rendah berasal dari spesimen nasofaring yang menandakan konsentrasi SARS-CoV2 dalam spesimen nasofaring tinggi sedangkan rerata CT value paling tinggi berasal dari spesimen orofaring dan hampir sama dengan spesimen saliva yang menandakan konsentrasi SARS-CoV2 dalam spesimen orofaring dan saliva rendah.

#### 7.2 Saran

1. Gunakan desain penelitian berupa *cross sectional study*.
2. Pertimbangkan pemilihan partisipan berdasarkan onset gejala.
3. Perbanyak jumlah sampel penelitian.

