

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pada penelitian ini telah dilakukan pengujian sampel Covid-19 menggunakan GeneXpert dan didapatkan nilai sensitifitas 96%, spesifisitas 100%, nilai prediksi positif 100%, nilai prediksi negatif 83%, dan akurasi 96.6%. Kemudian diketahui tingkat validasi antara metode RT-qPCR dan TCM (GeneXpert) pada nilai Ct bervariasi. Pada kedua metode tersebut tidak ditemukan perbedaan hasil yang signifikan.

B. Saran

Pada penelitian ini, penulis menyarankan pada peneliti selanjutnya untuk mencoba pengujian menggunakan alat lain dan indikator yang lebih bervariasi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan menarik.

