

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pesawat fluoroskopi intervensional merek *Philips Allura FC* di Rumah Sakit Universitas Andalas yang menjadi objek pada penelitian secara umum berada dalam kondisi baik. Hasil yang didapatkan berada di bawah nilai lolos uji yang diperbolehkan oleh Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 9 Tahun 2011.

5.2 Saran

Dari hasil Penelitian yang telah dilakukan, disarankan :

1. Kepada fisikawan medis Rumah Sakit Universitas Andalas, perlu mengetahui fungsi dan kinerja pesawat fluoroskopi intervensional secara jelas, agar mahasiswa yang berkunjung mendapatkkan informasi yang tepat.
2. Kepada fisikawan medis Rumah Sakit Universitas Andalas, perlu mengetahui fungsi dan kinerja pesawat fluoroskopi intervensional secara jelas, agar mahasiswa yang berkunjung mendapatkkan informasi yang tepat.