

BAB 6

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di beberapa ruang *Intensive* RSUP Dr. M. Djamil Padang dan laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas pada bulan Februari-Maret 2020, didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat kontaminasi jamur patogen pada manset *sphygmomanometer* di beberapa ruang *Intensive* RSUP Dr. M. Djamil Padang, yaitu jamur jenis *Candida sp* dan *Aspergillus sp*.
2. Terdapat perbedaan jumlah kontaminasi pada manset *sphygmomanometer* berdasarkan ruangan, yaitu terbanyak pada CVCU namun kontaminasi hanya ditemukan di bagian dalam manset. PACU juga ditemukan dibagian dalam saja. Sedangkan di ICU dan ROI manset terkontaminasi pada bagian dalam dan bagian luar.

6.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya dilakukan pemeriksaan mikrobiologi yang lebih spesifik mengenai spesies jamur patogen yang mengontaminasi manset *sphygmomanometer*.
2. Diharapkan pihak rumah sakit dapat melakukan evaluasi kembali mengenai pembersihan peralatan medis yang digunakan untuk pemeriksaan pasien, khususnya *sphygmomanometer*.
3. Diharapkan pihak rumah sakit menentukan standar pembersihan manset *sphygmomanometer* menjadi lebih ketat dan mengedukasi kepada staff rumah sakit mengenai potensi risiko yang akan ditimbulkan ketika pembersihan manset *sphygmomanometer* yang tidak adekuat.